

Sandomierz 17.12.2015 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,  
znak PN/33/2015

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/33/2015**

Do Zamawiającego w dniu 11.12.2015 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

***Pytanie***

Dotyczy pakietu 35:

1. Czy Zamawiający dopuści cewniki do dializ permanentnych w zestawie z pamięcią odkształceniową i nie załamywaniem się światła cewnika. Dobre pobory krwi w czasie zabiegu hemodializy przy niskich ciśnieniach obwodowych w zestawie zawierającym cewnik o średnicy 14,5FR długość do mankietu od 19cm do 42cm z podwójnym światłem o recyrkulacji poniżej 5% (także po odwróceniu linii), igła prowadząca, mandryn, przewodnik z automatycznym zaworem ograniczającym utratę krwi i zagrożenie zatorem powietrznym, poszerzacz, opatrunki i gaziki, zatyczki?

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 17.12.2015 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 11.12.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że Zamawiający w Pakiecie XXXV dopuszcza również cewniki do dializ permanentnych w zestawie z pamięcią odkształceniową i nie załamywaniem się światła cewnika. Dobre pobory krwi w czasie zabiegu hemodializy przy niskich ciśnieniach obwodowych w zestawie zawierającym cewnik o średnicy 14,5FR długość do mankietu od 19cm do 42cm z podwójnym światłem o recyrkulacji poniżej 5% (także po odwróceniu linii), igła prowadząca, mandryn, przewodnik z automatycznym zaworem ograniczającym utratę krwi i zagrożenie zatorem powietrznym, poszerzacz, opatrunki i gaziki, zatyczki.

