

Sandomierz 17.12.2015 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,
znak PN/33/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/33/2015

Do Zamawiającego w dniu 14.12.2015 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Pakiet nr 2

Prosimy o wyjaśnienie, które z wymaganych rozmiarów są uważane przez Zamawiającego za rozmiary specjalne? W ofercie wykonawcy wymienione rozmiary są standardowe, a tym samym posiadają ostrze długościęte. Czy zatem Zamawiający dopuści igły w wymaganych rozmiarach tylko z ostrzem długościętym?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 17.12.2015 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 14.12.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że Zamawiający w Pakiecie II dopuszcza również igły we wszystkich rozmiarach z ostrzem długościętym.