

Sandomierz 17.12.2015 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,
znak PN/33/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/33/2015

Do Zamawiającego w dniu 15.12.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

1. Dotyczy Pakietu nr V

Proszę o dopuszczenie kieliszki jednorazowego użytku, plastikowe, przezroczyste z podziałką co 5 ml, o pojemności 30 ml.

2. Dotyczy Pakietu nr XXIII

Proszę o dopuszczenie fartucha foliowego o rozmiarze 71cmx117cm o grubości 0,02 cm.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 17.12.2015 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 15.12.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający w Pakiecie V dopuszcza również kieliszki jednorazowego użytku, plastikowe, przezroczyste z podziałką co 5ml, o pojemności 30ml,
- 2) Zamawiający w Pakiecie XXIII nie dopuszcza fartucha foliowego o rozmiarze 71cmx117cm i grubości 0,02cm.