

Sandomierz 17.12.2015 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,
znak PN/33/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/33/2015

Do Zamawiającego w dniu 15.12.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp infuzyjnych o poj. 50 ml ze skalą przedłużoną do 60 ml? Pojemność nominalna strzykawki do pomp infuzyjnych to 50 ml, a skala widoczna na cylindrze strzykawki jest rozszerzona do 60 ml. W myśl normy oznaczona pojemność 60 ml jest tzw. całkowitą pojemnością wyskalowaną, która może być równa lub większa od pojemności nominalnej. Dla pełnej informacji często podaje się pojemność zapisując pojemność nominalną i w nawiasie pojemność wyskalowaną (o ile jest inna) np. 50 (60 ml).

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie a' 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości – 3 000 op.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 2, 3

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji oraz transfuzji posiadały komorę wolną od PCV oraz pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka, zatem wszystkie wyroby medyczne, w których stosowane jest PCV, stwarzają ryzyko skażenia organizmu pacjenta przez ftalany (DEHP). W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.

Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego

plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 17.12.2015 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 15.12.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający w Pakiecie III w poz. 1, 2 dopuszcza również strzykawkę do pomp infuzyjnych o poj. 50ml ze skalą przedłużoną do 60ml,
- 2) Zamawiający w Pakiecie V w poz. 1 dopuszcza również opakowanie a' 80szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości,
- 3) Zamawiający w Pakiecie XIV w poz. 2, 3 dopuszcza również przyrządy do infuzji i transfuzji posiadające komorę wolną od PCV oraz pozbawione ftalanów,
- 4) Zamawiający w zakresie Pakietu XIV poz. 2, 3 nie wymaga załączenia do oferty oświadczenia producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz kart charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego.