

Sandomierz 17.12.2015 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,  
znak PN/33/2015

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/33/2015**

Do Zamawiającego w dniu 15.12.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

***Pytania***

**Dotyczy Pakietu nr XXXVI poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści prowadnice jednorazowe, sterylne w rozmiarach: FR6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-8,0), FR 14(7,0 -10,0), przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań SIWZ?

**Dotyczy Pakietu nr XXXVI poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści złącze układu pacjenta (przedłużacz rozciągliwy), przestrzeń martwa, jałowy, długość 8-18 cm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań SIWZ?

**Dotyczy Pakietu nr XXXVI poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci- filtr mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999% z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań SIWZ?

**Dotyczy Pakietu nr XXXVI poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści system zamknięty do odsysania pacjentów- port dla inhalatorów ciśnieniowy do użytku wielodobowego do 72 godz., z wysuwaną zastawką umożliwiającą separację cewnika od obwodu oddechowego, atraumatyczna końcówka z otworem głównym i dwoma bocznymi otworami, rozmiar systemu kodowany kolorystycznie, zawór ssący obrotowy o 360<sup>0</sup>, do rurki intubacyjnej- rozmiar cewnika nr 12, nr 14, nr 16?

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 17.12.2015 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 15.12.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający w Pakiecie XXXVI w poz. 3 nie dopuszcza przewodnic jednorazowych, sterylnych w rozmiarach: FR6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-8,0), FR 14(7,0 -10,0),
- 2) Zamawiający w Pakiecie XXXVI w poz. 4 nie dopuszcza złącza układu pacjenta martwa przestrzeń o długości 8-18cm,
- 3) Zamawiający w Pakiecie XXXVI w poz. 6 nie dopuszcza filtra z wymiennikiem ciepła i wilgoci mechanicznego o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999% z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci,
- 4) Zamawiający w Pakiecie XXXVI w poz. 9 nie dopuszcza systemu zamkniętego do odsysania pacjentów o parametrach: port dla inhalatorów ciśnieniowy do użytku wielodobowego do 72 godz., z wysuwaną zastawką umożliwiającą separację cewnika od obwodu oddechowego, atraumatyczna końcówka z otworem głównym i dwoma bocznymi otworami, rozmiar systemu kodowany kolorystycznie, zawór ssący obrotowy o 360<sup>0</sup>, do rurki intubacyjnej- rozmiar cewnika nr 12, nr 14, nr 16.