

Sandomierz 17.12.2015 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,
znak PN/33/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/33/2015

Do Zamawiającego w dniu 16.12.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

1. Pakiet I poz. 1-6 – zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu kodu kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznawania rozmiaru strzykawek, za to z wyraźnie oznaczonym rozmiarem na opakowaniu.
2. Pakiet I poz. 4 – zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek w opakowaniu po 80 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.
3. Pakiet 1 poz. 5 – zwracam z prośbą o dopuszczenie strzykawki tuberkulinówki z wtopioną igłą oraz kontrastującym tłokiem w kolorze mlecznym, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
4. Pakiet II poz. 6-7 – zwracam się z prośbą o dopuszczenie wyżej wymienionych igieł długo ściętych, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
5. Pakiet III poz. 1 – zwracam się z prośbą o doprecyzowanie na jakich pompach pracuje Szpital.
6. Pakiet III poz. 1 – czy Zamawiający oczekuje strzykawki typu perfuzor?
7. Pakiet IX – zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli do pobierania płynów z butelki posiadającej filtr bakteryjny 0,1 mikrometrów, bez filtra cząsteczkowego, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
8. Pakiet XIV poz. 2 – zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządów z jednolitą elastyczną komorą (bez podziału na części, długość komory 62mm, w części przezroczystej 55mm), pozostałe parametry jak w SIWZ.

9. Pakiet XIV poz. 3 – zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządów z jednolitą elastyczną komorą (bez podziału na części, długość komory 100mm=10cm), pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 17.12.2015 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 16.12.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający w Pakiecie I w poz. 1-6 nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu kodu kolorów na opakowaniu ,
- 2) Zamawiający w Pakiecie I w poz. 4 dopuszcza również strzykawki w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości,
- 3) Zamawiający w Pakiecie I w poz. 5 nie dopuszcza strzykawki tuberkulinówki z wtopioną igłą,
- 4) Zamawiający w Pakiecie II w poz. 6, 7 dopuszcza również igły z ostrzem długościętym,
- 5) Zamawiający odnośnie Pakietu III poz. 1 informuje, że pracuje na pompach: Kwapisz Mono 20/50, Ascor AP14 i AP12, Kwapisz Duet, Pilota -2 (Dräger) oraz Plum A+,
- 6) Zamawiający w Pakiecie III w poz. 1 dopuszcza również strzykawkę typu perfuzor,
- 7) Zamawiający w Pakiecie IX nie dopuszcza kaniul do pobierania płynów z butelki posiadających filtr bakteryjny 0,1 mikrometrów, bez filtra cząsteczkowego,
- 8) Zamawiający w Pakiecie XIV w poz. 2 dopuszcza również przyrząd z jednolitą elastyczną komorą, bez podziału na części, długość komory 62mm w części przeźroczystej 55mm,
- 9) Zamawiający w Pakiecie XIV w poz. 3 dopuszcza również przyrząd z jednolitą elastyczną komorą, bez podziału na części, długość komory 100mm.