

Sandomierz 17.12.2015 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,  
znak PN/33/2015

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/33/2015**

Do Zamawiającego w dniu 11.12.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

***Pytania***

Dotyczy Pakietu XXVI:

1. Prosimy o dopuszczenie prześcieradeł z perforacją co 37 - 38cm.
2. Prosimy o dopuszczenie prześcieradeł z perforacją co 50cm.

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 17.12.2015 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 11.12.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający w Pakiecie XXVI dopuszcza również pokrycie w rolce z perforacją co 37-38cm,
- 2) Zamawiający w Pakiecie XXVI dopuszcza również pokrycie w rolce z perforacją co 50cm.