

Sandomierz 17.12.2015 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,
znak PN/33/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/33/2015

Do Zamawiającego w dniu 16.12.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- czy Zamawiający w pakiecie 41 pozycji a dopuści Trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu , przewodnik typu J , cewnik widoczny w Rtg, o przepływach 60ml, 30ml, 30ml i długości 20 cm. Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, poszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membrana do dodatkowych wstrzyknień.
- czy zamawiający w pakiecie 41 pozycji b dopuści Trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu , przewodnik typu J , cewnik widoczny w Rtg, o przepływach 65ml, 40ml, 40ml i długości 20 cm.. Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, poszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membrana do dodatkowych wstrzyknień.
- czy zamawiający w pakiecie 41 pozycji 3 dopuści czteroświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu , przewodnik typu J , cewnik widoczny w Rtg, o średnicy 8,5Fr i długości 20 cm. Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, poszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, cztery korki z membrana do dodatkowych wstrzyknień.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 17.12.2015 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 16.12.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający w Pakiecie XXXXI w poz. a) nie dopuszcza trzyświatłowego cewnika o parametrach: wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu , przewodnik typu J , cewnik widoczny w Rtg, o przepływach 60ml, 30ml, 30ml i długości 20 cm. Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, poszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membrana do dodatkowych wstrzyknięć,
- 2) Zamawiający w Pakiecie XXXXI w poz. b) nie dopuszcza trzyświatłowego cewnika o parametrach: wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu , przewodnik typu J , cewnik widoczny w Rtg, o przepływach 65ml, 40ml, 40ml i długości 20 cm.. Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, poszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membrana do dodatkowych wstrzyknięć,
- 3) Zamawiający w Pakiecie XXXXI w poz. c) nie dopuszcza czteroświatłowego cewnika o parametrach: Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu , przewodnik typu J , cewnik widoczny w Rtg, o średnicy 8,5Fr i długości 20 cm.. Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, poszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, cztery korki z membrana do dodatkowych wstrzyknięć.