

Sandomierz 17.12.2015 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,  
znak PN/33/2015

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/33/2015**

Do Zamawiającego w dniu 16.12.2015 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

***Pytanie***

Pakiet 36 poz. 2 - czy zamawiający dopuści w rozmiarach 3, 4 rurki tracheostomijne bez mankietu pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 17.12.2015 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 16.12.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że Zamawiający w Pakiecie XXXVI w poz. 2 dopuszcza również rurki tracheostomijne w rozmiarze 3 i 4 bez mankietu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.