

Sandomierz 17.12.2015 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,  
znak PN/33/2015

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/33/2015**

Do Zamawiającego w dniu 14.12.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

#### ***Pytania***

1. Pakiet XXXIX – zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu do drenażu klatki piersiowej, możliwość drenażu czynnego i biernego, wskaźnik pozwalający na pomiar poziomu podciśnienia w jamie opłucnej, z płynną mechaniczną regulacją siły ssania w zakresie od 0 do 45cm H<sub>2</sub>O, z niskooporową zastawką wahadłową, z automatycznym zaworem bezpieczeństwa, kompaktowy, sterylny, pojemność komory zbiorczej 1000ml, z dodatkowym workiem kolekcyjnym o poj. 1000ml. Komora zbiorcza wyposażona w port do pobierania próbek. Możliwość zawieszenia zestawu na łóżku lub postawienia na podstawce.
2. Pakiet XXII – zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania jednorazowej torby na wymiociny z usztywnionym kołnierzem dopasowanym do kształtu twarzy, o pojemności 2000ml, z proszkiem żelującym zamieniającym wymiociny w żel i redukującym nieprzyjemny zapach, ze specjalnym zaczepem do łatwego zamknięcia zapełnionego worka, ze skalą również do małych objętości.
3. Pakiet XXII – zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 2 sztuk.

#### ***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 17.12.2015 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 14.12.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający w Pakiecie XXXIX dopuszcza również zestaw do drenażu klatki piersiowej o parametrach: możliwość drenażu czynnego i biernego, wskaźnik pozwalający na pomiar poziomu podciśnienia w jamie opłucnej, z płynną mechaniczną regulacją siły ssania w zakresie od 0 do 45cm H<sub>2</sub>O, z niskooporową zastawką wahadłową, z automatycznym zaworem bezpieczeństwa, kompaktowy, sterylny, pojemność komory zbiorczej 1000ml, z dodatkowym workiem kolekcyjnym o poj. 1000ml. Komora zbiorcza wyposażona w port do pobierania próbek. Możliwość zawieszenia zestawu na łożku lub postawienia na podstawie,
- 2) Zamawiający w Pakiecie XXII nie dopuszcza jednorazowej torby na wymiociny z usztywnionym kołnierzem dopasowanym do kształtu twarzy, o pojemności 2000ml, z proszkiem żelującym, ze specjalnym zaczepem do łatwego zamknięcia worka, ze skalą również do małych ilości,
- 3) Zamawiający w Pakiecie XXII nie wyraża zgody na zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 2 szt.