

Sandomierz 17.12.2015 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,
znak PN/33/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/33/2015

Do Zamawiającego w dniu 14.12.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Dotyczy nr katalogowego: Czy w związku z tym, że nasi producenci nie stosują numerów katalogowych (indeksów katalogowych) Zamawiający dopuści numery wewnętrzne firmy, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż opisy na naszych wszystkich opakowaniach w sposób jednoznaczny pozwalają zidentyfikować dany produkt.

Pakiet II: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i zamiast ostrza krótko ściętego SB/BS wpisał LB/BL?

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować jakie to są rozmiary specjalne dla Zamawiającego, które powinny mieć również ścięcie krótkie?

Pakiet nr IV: Czy Zamawiający wymaga, aby powierzchnia cewnika była „zmrożona” (aksamitna), co umożliwi proces zakładania cewnika bez użycia dodatkowego żelu?

Pakiet nr VII: Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki pakowane były podwójnie w opakowanie wewnętrzne folia- folia i opakowanie zewnętrzne folia – papier z nadrukowaną serią, datą ważności?

Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki pakowane były w pośrednie pudełko z nadrukowaną nazwą, serią, datą ważności oraz rozmiarem, co ułatwia przechowywanie i proces identyfikacji?

Czy Zamawiający wymaga, aby na jednym z ujść cewnika nadrukowany był rozmiar i pojemność balonu, co ułatwia proces identyfikacji nawet po wyjęciu z opakowania jednostkowego?

Pakiet nr XII, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarach 8 i 6 na długość 40 cm, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Czy Zamawiający dopuści powierzchnię zmrożoną cewnika, która umożliwia założenie bez użycia dodatkowego żelu?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 17.12.2015 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 14.12.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający dopuszcza również podanie zamiast indeksów katalogowych numery wewnętrzne firmy,
- 2) Zamawiający w Pakiecie II dopuszcza również igły we wszystkich rozmiarach z ostrzem długościętym,
- 3) Zamawiający w Pakiecie IV nie wymaga, aby powierzchnia cewnika była „zmrożona” (aksamitna),
- 4) Zamawiający w Pakiecie VII wymaga, aby cewniki zapakowane były w sposób zabezpieczający je przed utratą sterylności,
- 5) Zamawiający w Pakiecie VII nie wymaga, ale dopuszcza również, aby cewniki pakowane były w pośrednie pudełka z nadrukowaną nazwą, serią, datą ważności oraz rozmiarem,
- 6) Zamawiający w Pakiecie VII dopuszcza również, aby na jednym z ujść cewnika nadrukowany był rozmiar i pojemność balonu,
- 7) Zamawiający w Pakiecie XII w poz. 1 nie dopuszcza cewnika w rozmiarze 8 i 6 o długości 40cm,
- 8) Zamawiający w Pakiecie XII w poz. 1 nie dopuszcza powierzchni zmrożonej cewnika.