

PN/33/2015

Sandomierz, 2016-01-25

**Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego
Ul. Schinzla 13,
27-600, Sandomierz**

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/33/2015. Nazwa zadania: *Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – Pakiet I „Strzykawki”, Pakiet IV „Cewniki Tiemana”, Pakiet VI „Cewniki Couvelairea”, Pakiet X „Opaski identyfikacyjne”, Pakiet XII „Cewniki do odsysania”, Pakiet XIII „Sonda żołądkowa (zgiębnik żołądkowy)”, Pakiet XX „Osłonki do głowic USG”, Pakiet XXII „Jednorazowa torba na wymiociny”, Pakiet XXIII „Jednorazowy fartuch foliowy”, Pakiet XXV „Mikrokuwety do oznaczania poziomu glukozy”, Pakiet XXIX „Żel położniczy”, Pakiet XXXI „Przetwornik”, Pakiet XXXIII „Paski do glukometrów”, Pakiet XXXXII „Żele”*

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na Pakiet I, IV, VI, X, XII, XIII, XX, XXII, XXIII, XXV, XXIX, XXXIII, XXXXII nie złożona została żadna Oferta. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowania o udzielenie zamówienia w tych częściach.

W postępowaniu na Pakiet XXXI złożone zostały dwie oferty przez następujących Wykonawców: PROMED S.A., ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa z ceną brutto: 3.726,00 zł. i Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa z ceną brutto: 5.184,00 zł. Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych odrzucił obydwie oferty, ponieważ są niezgodne z treścią Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ, w ten sposób że Zamawiający wymagał przetwornika do kardiomonitora BENE-VIEV T-8 firmy MINDRAY, natomiast Wykonawcy zaferowali przetworniki, które posiadają innego rodzaju zaczep niż gniazdo podłączenia przetwornika z kabla od kardiomonitora, a co za tym idzie w żaden sposób nie pasują do kardiomonitora BENE-VIEV T-8 firmy MINDRAY i nie da się ich do niego podłączyć. Mając powyższe na względzie Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Pakietu XXXI, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

- 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub
- 2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm).

Janusz Sikorski