

Sandomierz 01.08.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

**SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI UDZIELONEJ
W DNIU 28.07.2016 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych, włókniny i zamkniętego systemu do odsysania, znak PN/23/2016

Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi udzielonej w dniu 28.07.2016 r. o treści:

„Zamawiający w Pakiecie I dopuszcza również rękawice o parametrach: bezpyłowa, sterylizowana rękawica chirurgiczna, lateksowa, o kształcie anatomicznym, kolor biały, powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana, chlorowana oraz silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz silikonowana, mankiet prosty z taśmą adhezyjną, rozmiar rękawicy od 5,5 do 9,5, posiada rejestrację CE jako wyrób medyczny klasa IIa oraz środek ochrony osobistej kat III, grubość na palcu 0.220 mm, grubość na dłoni 0.200 mm grubość na mankiecie 0.200 mm długość: 290 mm, poziom białek (test Modified Lowry) poniżej 30µg/g rękawicy, AQL 1,0 po zapakowaniu; zgodna z normą EN-455 części:1-3; EN-374 części 1,2,3; EN-420; ASTM F-1671, rękawica przebadana na przenikanie cytostatyków wg normy EN-374 część 3: Przynajmniej 8 substancji w tym Carmustine 3mg/mL >240min co pozwala używać rękawicy w kontakcie z cytostatykami w warunkach operacyjnych, siła przy rozdarciu 15N (po starzeniu), pakowana po 50 par w opakowaniu Smart Pack, sterylizacja rękawic promieniami gamma, pod warunkiem że są przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków”

Poprzez usunięcie z odpowiedzi błędnego zapisu o treści: „pod warunkiem że są przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków”.

Pozostała treść odpowiedzi pozostaje bez zmian.