

Sandomierz 26.04.2016 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę obłóżek, znak PN/16/2016

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłóżek, znak PN/16/2016**


Do Zamawiającego w dniu 21.04.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

### **Pytania**

#### **Pytanie 1 – dotyczy Pakietu IX Zestaw do operacji na kończynie**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo
- 1 serweta ręka/noga 230 x 300cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5cm, z warstwą chłonną 50x100cm, z organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 75g/m<sup>2</sup>

Gramatura w części chłonnej 80g/m<sup>2</sup> ŁATA CHŁONNA

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167cm H<sub>2</sub>O

Absorpcja płynów 512%.

#### **Pytanie 2 – dotyczy Pakietu XIV poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści czepek z opaską przeciwpotną z włókniny typu Spunlace o gramaturze 52g/m<sup>2</sup>. Reszta zgodna z SWIZ.

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 26.04.2016 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 21.04.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

1) Zamawiający w Pakiecie IX dopuszcza również zestaw o poniższych parametrach:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo,
- 1 serweta ręka/noga 230 x 300cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5cm, z warstwą chłonną 50x100cm, z organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łąta chłonna),
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm),
- laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen,
- gramatura w części podstawowej 75g/m<sup>2</sup>,
- gramatura w części chłonnej 80g/m<sup>2</sup> ŁATA CHŁONNA,
- odporność na penetrację płynów (chłonność) 167cm H<sub>2</sub>O,
- absorpcja płynów 512%,

2) Zamawiający w Pakiecie XIV w poz. 7 dopuszcza również czepek z opaską przeciwpotną z włókniny typu Spunlace o gramaturze 52g/m<sup>2</sup>, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Ponadto Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w Pakiecie XIV w poz. 9, gdzie w kolumnie j.m. powinno być sztuka, natomiast w kolumnie ilość powinno być 12 500.