

Sandomierz 28.07.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę rękawic medycznych, włókniny i zamkniętego
systemu do odsysania, znak PN/23/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych, włókniny i zamkniętego systemu do odsysania, znak PN/23/2016

Do Zamawiającego w dniu 25.07.2016 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr III

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne neoprenowe jednorazowe, bezpudrowe, polimeryzowane, teksturowana powierzchnia, długi mankiet- 300mm, w kolorze zielonym. Mikro-chropowata tekstura na dłoni i palcach, rozmiar i oznaczenie dłoni nadrukowane na mankiecie, wygięty kształt palców. Odporne na przenikanie mikroorganizmów, w tym wirusów, zgodnie z normą ASTM F1671, AQL-0,65, spełniające normy EN 374-3, EN 455-1,2,3. Rozmiary: od 6 do 9?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 28.07.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 25.07.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że Zamawiający w Pakiecie III dopuszcza również rękawice chirurgiczne sterylne neoprenowe jednorazowe, bezpudrowe, polimeryzowane, teksturowana powierzchnia, długi mankiet – 300mm, w kolorze zielonym, mikro-chropowata tekstura na dłoni i palcach, rozmiar i oznaczenie dłoni nadrukowane na mankiecie, wygięty kształt palców, odporne na przenikanie mikroorganizmów, w tym wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, AQL 0,65, spełniające normy EN 374-3, EN 455-1,2,3, rozmiary od 6 do 9, pod warunkiem że spełniają one pozostałe parametry określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.