

Sandomierz dnia 19.01.2016 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na „Dzierżawę sprzętu medycznego” znak PN/3/2016

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę sprzętu medycznego”, znak PN/3/2016**

Do Zamawiającego w dniu 15.01.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Dotyczy Automatycznego analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników:**

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę w pozycji 30 (TIBC) płynnego, gotowego do użycia, odczynnika do oznaczania UIBC i przeliczania tego parametru przez analizator na TIBC?
2. Dotyczy Umowa dzierżawy nr PN/3/1/2016 (Automatyczny Analizator biochemiczny), § 5 ust 4, Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów w terminie do 3 dni **roboczych**?

**Dotyczy Umowa dzierżawy nr PN/3/1/2016 (Automatyczny Analizator biochemiczny), § 2 ust 4**

3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wirówki równoważnej do wskazanej wirówki producenta MPW?

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 19.01.2016 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 15.01.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

1. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w poz. 30 (TIBC) płynnego, gotowego do użycia, odczynnika do oznaczania UIBC i przeliczania tego parametru przez analizator na TIBC, wraz z dokonaniem na swój koszt konfiguracji analizatora do istniejącego laboratoryjnego systemu informatycznego LIS Szpitala: System InfoMedica Asseco Poland zgodnie z zapisami SIWZ.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy w § 5 ust. 4.

3. Zamawiający dopuszcza zaferowanie wirówki równoważnej do wskazanej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ