

Sandomierz 26.01.2017 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,
znak PN/3/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/3/2017

Do Zamawiającego w dniu 20.01.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dotyczy numer katalogowy:** Czy w związku z tym, że nie wszyscy nasi producenci stosują numery katalogowe Zamawiający dopuści numery wewnętrzne firmy, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?
- 2. Pakiet I poz. 1-7:** Czy Zamawiający mógłby doprecyzować wymóg nr 5 do igieł, a mianowicie co miał na myśli pisząc „rozmiary specjalne”?
- 3. Pakiet I poz. 1-7:** Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej pisząc, iż igły krótko ścięte to LB/BL? Czy nie powinno być opisane, iż jest to ścięcie SB/BS?
- 4. Pakiet XXV:** Czy Zamawiający pisząc, iż cewniki powinny posiadać małe boczne otwory zabezpieczające przed przyleganiem cewnika do błony śluzowej miał na myśli otwory boczne naprzeciwległe, których suma średnic jest mniejsza niż średnica otworu centralnego?
- 5. Pakiet XXV:** Czy Zamawiający dopuści cewniki z powierzchnią „zmrożoną”, która ułatwia wprowadzenie cewnika bez użycia dodatkowego żelu, a tym samym zmniejsza tarcie między cewnikiem a błoną śluzową?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 26.01.2017 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 20.01.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.

- 2) Zamawiający informuje, że pisząc „rozmiary specjalne” ma na myśli igły do pobierania leku z fiołki w rozmiarze 1,1 i 1,2.
- 3) Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej i tak zamiast „krótko ścięte (LB/BL)” powinno być „krótko ścięte (SB/BS)”.
- 4) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- 5) Zamawiający dopuszcza.