

Sandomierz 16.02.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,
znak PN/6/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/6/2016

Do Zamawiającego w dniu 09.02.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

dotyczy indeksu katalogowego: Czy w związku z tym, że nasi producenci nie stosują indeksów katalogowych Zamawiający dopuści numery wewnętrzne firmy, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Pakiet I: Czy Zamawiający wymaga skali co 0,01ml?

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 1ml z igłą 0,5x16?

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby opakowanie zawierało barwny kod?

Pakiet nr III: Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały powierzchnię zmrożoną, która ułatwia proces zakładania cewnika bez użycia dodatkowego żelu?

Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik posiadał nadrukowaną skróconą nazwę producenta oraz rozmiar cewnika tuż pod kolorowym konektorem, co ułatwia proces identyfikacji nawet po wyjęciu z opakowania jednostkowego?

Pakiet nr VI, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania o powierzchni aksamitnej, która ułatwia proces zakładania bez użycia dodatkowego żelu?

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z otworami naprzemianległymi?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 16.02.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 09.02.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający dopuszcza również podanie zamiast indeksów katalogowych numerów wewnętrznych firmy,
- 2) Zamawiający w Pakiecie I dopuszcza również skalę co 0,01ml,
- 3) Zamawiający w Pakiecie I nie dopuszcza strzykawki o pojemności 1ml z igłą 0,5x16,
- 4) Zamawiający w Pakiecie I nie wyraża zgody na odstępnie od wymogu, aby opakowanie zawierało barwny kod,
- 5) Zamawiający w Pakiecie III wymaga cewników zgodnych z opisem zawartym w SIWZ,
- 6) Zamawiający w Pakiecie VI w poz. 1 dopuszcza również cewniki do odsysania o powierzchni aksamitnej,
- 7) Zamawiający w Pakiecie VI w poz. 1 dopuszcza również cewniki do odsysania z otworami naprzemianległymi.