

Sandomierz dnia 15.03.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „Dzierżawę sprzętu laboratoryjnego” znak PN/9/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę sprzętu laboratoryjnego”, znak PN/9/2016

Do Zamawiającego w dniu 11.03.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

1. **Dotyczy pakietu nr 2:** Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zapisów do umowy, regulujących kwestię powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z wymogiem podłączenia analizatora do szpitalnej sieci laboratoryjnej?

Uzasadnienie : W związku z tym, iż Zamawiający wymaga podłączenia analizatora do szpitalnej sieci laboratoryjnej, w której znajdują się dane osobowe, prosimy o doprecyzowanie ww. kwestii.

Jednym z wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest konieczność wprowadzenia zapisów do umowy głównej bądź zawarcia odrębnej umowy regulującej kwestię powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z cytowanym przepisem Administrator danych (Zamawiający) może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku warto zaznaczyć, iż to do obowiązków administratora danych należy zawarcie komentowanej umowy, w przypadku kiedy powierza przetwarzanie danych innemu podmiotowi. W przypadku braku umowy powierzenia administrator danych może się narazić na zarzut przekazania danych osobie nieuprawnionej i odpowiedzialność karną z art 51 oraz 52 ustawy o ochronie danych osobowych.

Dotyczy pakietu nr 2: Parametry graniczne:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aparatu z 2012 roku, który jest w pełni sprawny i ma wykonany ważny przegląd techniczny, potwierdzony stosownym dokumentem?

Pytania do umowy (zał. nr 9):

2. §2 ust. 6 - Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań jeśli karty charakterystyk substancji niebezpiecznych będą umieszczone w Bibliotece Technicznej na stronie interne-

towej oferenta, do której Zamawiający posiada bezpłatny, całodobowy dostęp, bez konieczności dołączania ich wraz z dostawą analizatora? Adres strony internetowej zostanie podany w ofercie.

3. §5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2 nastąpi każdorazowo w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia przez Dzierżawcę (zgłoszenie telefoniczne lub fax) na koszt Wydierżawiającego. Dostawa do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – I piętro SSDŚ w Sandomierzu.?”
4. §7 ust. 2 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naprawę sprzętu przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin w dni robocze i w ciągu 72 godzin w dni świąteczne?
5. §12 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wydierżawiającego, Wydierżawiający zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto umowy,”?
6. §12 ust. 1 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „za nie wykonanie którejkolwiek z czynności określonych w § 7 ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy Wydierżawiający zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy,”?
7. § 12 ust. 1 lit. e – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „za wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wydierżawiającego, Wydierżawiający zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości brutto nie zrealizowanej umowy.”?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 15.03.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 11.03.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

1. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia do umowy zapisów regulujących kwestię powierzenia przetwarzania danych osobowych, ponieważ zastosowanie mają tu przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. „ O ochronie danych osobowych”

Dotyczy Pakietu nr II parametry graniczne:

1. Zamawiający w Pakiecie II dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora z 2012 r. po gruntownym przeglądzie technicznym z zapewnieniem pełnej gwarancji na okres trwania umowy, pod warunkiem że oferowany aparat będzie sprawny, po przeglądzie technicznym potwierdzonym dokumentem inżyniera serwisowego i po wymianie wszystkich części zużywalnych, eksploatacyjnych aparatu po jego wcześniejszej eksploatacji.

Odpowiedzi dotyczy umowy:

2. Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ wymaga aby wraz z dostawą analizatora dostarczono karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy w § 5 ust. 4 na „*Dostawa materiałów eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2 nastąpi każdorazowo w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia przez Dzierżawcę (zgłoszenie telefoniczne lub fax) na koszt Wydierżawiającego. Dostawa do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – I piętro SSDŚ w Sandomierzu*”.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy w § 7 ust. 2 dotyczącą naprawy sprzętu przez autoryzowany serwis.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu umowy w § 12 ust. 1 lit.c .
6. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu umowy w § 12 ust. 1 lit. d.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu umowy w § 12 ust. 1 lit. e.