

Sandomierz 20.05.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Do Zamawiającego w dniu 17.05.2016 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr XXXIII:

- 30 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 84 %, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,18 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.05.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 17.05.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że Zamawiający w Pakiecie XXXIII dopuszcza również taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowe, monofilamentowe, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodne, niewchłaniające, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 84 %, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,18 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki.