

Sandomierz 20.05.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Do Zamawiającego w dniu 17.05.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr III poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koreczek do kaniuli, którego trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi koreczka?

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr VIII poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu tlenowo-nosowego o długości 2130 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr XXI poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaciskacza do pępowiny mikrobiologicznie czystego. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu nr XXVII poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie butelki do długotrwałego odsysania ran typu Redon o pojemności 200 ml oraz 400 ml.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu nr XXVII poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kateterów typu Redon nie posiadających kolorowych nasadek w zależności od rozmiaru.

Pytanie nr 6

Dotyczy Pakietu nr XXX poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła pomyłka pisarska i Zamawiający nie oczekuje szkiełek nakrywkowych z polem do opisu. Pole do opisu znajduje się na szkiełkach podstawowych.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.05.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 17.05.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający w Pakiecie III dopuszcza również koreczki do kaniul, których trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi koreczka,
- 2) Zamawiający w Pakiecie VIII dopuszcza również zestaw tlenowo-nosowy o długości 2130mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ,
- 3) Zamawiający w Pakiecie XXI dopuszcza również zaciskacz do pępownicy mikrobiologicznie czysty, spełniający pozostałe wymagania SIWZ,
- 4) Zamawiający w Pakiecie XXVII w poz. 1 dopuszcza również butelki do długotrwałego odsysania ran typu Redon o pojemności 200ml oraz 400ml,
- 5) Zamawiający w Pakiecie XXVII w poz. 2 nie dopuszcza kateterów typu Redon nie posiadających kolorowych nasadek w zależności od rozmiaru,
- 6) Zamawiający informuje, że dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w Pakiecie XXX w poz. 2 i tak otrzymuje ona brzmienie: „Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24x50mm, grubość 0,13mm-0,17mm, optycznie czyste, op. a' 100szt.”