

Sandomierz 26.01.2017 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,  
znak PN/3/2017

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/3/2017**

Do Zamawiającego w dniu 23.01.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

### ***Pytania***

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie XXXVI cewnik permanentny do HD, dwuświatłowy 14,5 Fr, z termoczułego poliuretanu Carbothane (brak zagięć przy cewnikach prostych oraz o kształcie alfa), o płynnym przepływie, rozgałęzionej końcówce, z otworami w systemie 360stopni zapobiegające przyssaniu do ściany naczynia, stopień recyrkulacji poniżej 5%, o długościach do mufy dakronowej 150mm, 190mm, 230mm, 270mm, 310mm, 350mm, 420mm z zestawem wprowadzającym o składzie; przewodnik typu ' J' 0,97/700mm- 1szt., igła wprowadzająca 18G/70mm- 1 szt, rozdzielalny rozszerzacz z zastawką 15Fr - 1szt, rozszerzacz 8Fr-1 szt., rozszerzacz 10-12F, korki Luer Lock- 2szt, opatrunki samoprzylepne-2szt?

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie XXXVI cewnik permanentny o parametrach:

- rozmiar 14,5 Fr x 15,19,23,27,31,35,42cm;
- pierścień wrastania w tkanki SureCuff, pomaga w migracji bakterii oraz zabezpiecza cewnik na swoim miejscu;
- materiał carbothane (elastyczność i miękkość cewnika dla większego komfortu pacjenta);
- przepływ do 500 ml/ min. - rozdwojona końcówka cewnika, recyrkulacja przy odwróconym przepływie w liniach tętniczej i żylniej poniżej 2%;
- otwory wycięte w systemie 360 st. - gładka stożkowa końcówka dla łatwego wprowadzania przewodnika;
- cewnik z ramionami prostymi i zakrzywionymi z zestawem wprowadzającym o składzie; przewodnik typu ' J' 0,97/700mm- 1szt., igła wprowadzająca 18G/70mm- 1 szt., rozdzielalny rozszerzacz z zastawką 15Fr - 1szt, roz-

szerzacz 8Fr-1 szt., rozszerzacz 10-12F, korki Luer Lock- 2szt, opatrunki samoprzylepne-2szt?

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 26.01.2017 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 23.01.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.