

Sandomierz 20.05.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Do Zamawiającego w dniu 17.05.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Pakiet III – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koreczka do kaniul posiadającego trzpień koreczka powyżej krawędzi?

Pakiet V – czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii o wym. 310mm-375mm?

Pakiet VIII – czy Zamawiający dopuści zestaw tlenowo-nosowy o długości 2000mm, wykonany z PCV? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet XI – czy Zamawiający dopuści dren do dróg żółciowych T-KEHR z silikonu?

Pakiet XI – czy Zamawiający dopuści dren o długości 450/180mm?

Pakiet XII poz. 1 – czy Zamawiający dopuści pojemnik do zbiórki moczu dla dzieci (chłopcy) z otworem ok. 3x2,5cm?

Pakiet XII poz. 2 – czy Zamawiający dopuści pojemnik do zbiórki moczu dla dzieci (dziewczynki) z otworem ok. 2,5x3,5cm?

Pakiet XIV – czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne wykonane z miękkiego winylu nie będące w całości przezroczyste?

Pakiet XIV – czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne o długości 25cm?

Pakiet XXVI – czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne bez linii RTG?

Pakiet XXVII – czy Zamawiający dopuści butelki o pojemności 200ml oraz 400ml?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.05.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 17.05.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający w Pakiecie III dopuszcza również koreczki do kaniul posiadające trzpień koreczka powyżej krawędzi,
- 2) Zamawiający w Pakiecie V nie dopuszcza okularów do fototerapii o wymiarach 310mm-375mm,
- 3) Zamawiający w Pakiecie VIII dopuszcza również zestaw tlenowo-nosowy o długości 2000mm, wykonany z PCV, spełniający pozostałe wymagania SIWZ,
- 4) Zamawiający w Pakiecie XI dopuszcza również dren do dróg żółciowych T-KEHR z silikonu,
- 5) Zamawiający w Pakiecie XI dopuszcza również dren o długości 450/180mm,
- 6) Zamawiający w Pakiecie XII w poz. 1 nie dopuszcza pojemnika do zbiórki moczu dla dzieci (chłopcy) z otworem ok. 3x2,5cm,
- 7) Zamawiający w Pakiecie XII w poz. 2 nie dopuszcza pojemnika do zbiórki moczu dla dzieci (dziewczynki) z otworem ok. 2,5x3,5cm,
- 8) Zamawiający w Pakiecie XIV dopuszcza również opaski identyfikacyjne wykonane z miękkiego winylu nie będące w całości przezroczyste,
- 9) Zamawiający w Pakiecie XIV dopuszcza również opaski identyfikacyjne o długości 25cm,
- 10) Zamawiający w Pakiecie XXVI nie dopuszcza rurek tracheostomijnych bez linii RTG,
- 11) Zamawiający w Pakiecie XXVII dopuszcza również butelki o pojemności 200ml oraz 400ml.