

Sandomierz 20.05.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Do Zamawiającego w dniu 17.05.2016 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Pakiet XIII „Kaniule” poz. 1

Czy Zamawiający wymaga kaniul w rozmiarach

0,7x19mm 24G 22ml/min.

0,9x25mm 22G 36ml/min.

1,1x33mm 20G 61ml/min.

1,3x45mm 18G 96ml/min.

1,7x50mm 16G 196ml/min.?

Reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.05.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 17.05.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w Pakiecie XIII w podanych rozmiarach i tak otrzymują one brzmienie: „0,7x19mm 24G 22ml/min., 0,9x25mm 22G 36ml/min., 1,1x33mm 20G 61ml/min., 1,3x45mm 18G 96ml/min., 1,7x50mm 16G 196ml/min.”.