

Sandomierz 26.01.2017 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,  
znak PN/3/2017

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/3/2017**

Do Zamawiającego w dniu 24.01.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

### ***Pytania***

#### **1. Dotyczy Pakietu II**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą Tuohy w rozmiarze 18G x 8cm lub 16G x 8cm do wyboru przez Zamawiającego, z cewnikiem zewnątrzoponowym bez znacznika rtg, spełniający wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

#### **2. Dotyczy Pakietu XXIV poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści kraniki bez wyczuwalnego co 45 stopni położenia pokrętła?

#### **3. Dotyczy Pakietu XXIV poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści kraniki dostępne w kolorze białym?

#### **4. Dotyczy Pakietu XXIV poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem 13,5cm o średnicy 1mm/2,5mm?

### ***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 26.01.2017 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 24.01.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) zamawiający dopuszcza.
- 3) Zamawiający dopuszcza.
- 4) Zamawiający dopuszcza.