

Sandomierz 20.05.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Do Zamawiającego w dniu 18.05.2016 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Dotyczy: Pakiet nr XVII, poz. 1

Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów tytanowych rozmiar ML, pakowanych w zasobniki z taśmą samoprzylepną, pakowanych po 10, 6 i 4 sztuki w sterylne zasobniki (do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia), kompatybilnych z klipsownicami laparoskopowymi typu Hemoclip Plus, będącymi na wyposażeniu Szpitala?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.05.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 18.05.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że Zamawiający w Pakiecie XVII w poz. 1 dopuszcza również klipsy tytanowe pakowane po 10, 6 i 4 sztuki w sterylne zasobniki, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.