

Sandomierz 20.05.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Do Zamawiającego w dniu 18.05.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Pakiet XXV „Rurki intubacyjne zbrojone” poz. 1

- a) Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej z prowadnicą w środku?
- b) Czy Zamawiający wymaga rurek bezftalanowych?
- c) Czy Zamawiający wymaga rozmiaru rurki na baloniku?

Pakiet XXVI „Rurki tracheostomijne zbrojone” poz. 1

- a) Czy Zamawiający dopuści rurkę w której linią RTG jest zbrojenie, które jest na całej długości rurki?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.05.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 18.05.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający w Pakiecie XXV nie wymaga rurki intubacyjnej z prowadnicą w środku,
- 2) Zamawiający w Pakiecie XXV nie wymaga rurek bezftalanowych,
- 3) Zamawiający w Pakiecie XXV nie wymaga rozmiaru rurki na baloniku,
- 4) Zamawiający w Pakiecie XXVI nie dopuszcza rurki, w której linią RTG jest zbrojenie, które jest na całej długości rurki.