

Sandomierz 26.01.2017 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,  
znak PN/3/2017

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/3/2017**

Do Zamawiającego w dniu 24.01.2017 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

***Pytanie***

**PAKIET XXIII** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, o następujących parametrach:

- ostra igła biorcza czterokanałowa,
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką,
- przezroczysta komora kroplowa z filtrem,
- rolkowy regulator przepływu,
- filtr 15 um,
- łącznik LUER-LOCK z osłonką,
- opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia,
- sterylizowany tlenkiem etylenu?

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 26.01.2017 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 24.01.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

1) Zamawiający dopuszcza.