

Sandomierz 20.05.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Do Zamawiającego w dniu 18.05.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Pakiet 30 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaproponowanie szkiełek o wymiarach 75x25mm i grubości 1-1,2mm z jednym matowym polem do opisu ze szlifowanymi krawędziami pod kątem prostym?

Pakiet 30 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie szkiełek nakrywkowych o wymiarach 24x50mm i grubości 0,13 – 0,16mm bez pola do opisu?

Pakiet 30 poz. 4:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie parametrów wymaganych nożyków mikrotomowych. Czy Zamawiający wymaga zaproponowania nożyków typ „FEATHER R35”; długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna. Krawędź tnąca dodatkowo hartowana. Przeznaczone do skrawania rutynowego twardych tkanek. Kompatybilne z uchwytami do przykrawiania materiałów tkankowych Feather F80 oraz Feather F80 mini – dwa otwory mocujące w ostrzu o wymiarach 8 x 2 mm w odległości 20 mm od końców. Dozownik zawierający 50 ostrzy.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.05.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 18.05.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

1) Zamawiający w Pakiecie XXX w poz. 1 nie dopuszcza szkiełek o wymiarach 75x25mm i grubości 1-1,2mm z jednym matowym polem do opisu ze szlifowanymi krawędziami pod kątem prostym,

2) Zamawiający informuje, że dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w Pakiecie XXX w poz. 2 i tak otrzymuje ona brzmienie: „Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24x50mm, grubość 0,13mm-0,17mm, optycznie czyste, op. a' 100szt.” Ponadto Zamawiający w Pakiecie XXX w poz. 2 dopuszcza również szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24x50mm i grubości 0,13-0,16mm bez pola do opisu,

3) Zamawiający w Pakiecie XXX w poz. 4 nie wymaga nożyków typ „FEATHER R35”; długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna, krawędź tnąca dodatkowo hartowana, przeznaczone do skrawania rutynowego twardych tkanek, kompatybilne z uchwytami do przykrawania materiałów tkankowych Feather F80 oraz Feather F80 mini – dwa otwory mocujące w ostrzu o wymiarach 8 x 2 mm w odległości 20 mm od końców, dozownik zawierający 50 ostrzy.