

Sandomierz 26.04.2016 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę obłożeń, znak PN/16/2016

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń, znak PN/16/2016**

Do Zamawiającego w dniu 21.04.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

### ***Pytania***

#### **Pakiet nr IV**

- Poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji urologicznych wykonanego z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> o odporności na przenikanie cieczy min. 200 g/m<sup>2</sup> ora z na rozciąganie na sucho [N/50 mm] w kierunku poprzecznym: > 46,5 (w kierunku podłużnym: > 106) oraz na mokro w kierunku poprzecznym: > 51,5 (w kierunku podłużnym: > 113), o absorpcyjności ok. 450 %, w składzie:

	<b>Zestaw do operacji urologicznych I</b> <b>Skład zestawu:</b>
	1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190
	1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocze (7 cm). Wbudowana osłona na palec bezłateksowa do badania per rectum 185 x 200
	1 taśma samoprzylepna 10 x 50
	4 ręczniki celulozowe 30 x 33

#### **Pakiet nr XVI**

- Poz. 1** – Czy można zaoferować serwetę samoprzylepną 75 x 90 cm z otworem o średnicy 7 cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>, grubości folii 60 µm, odporności na rozerwanie

na mokro na całej powierzchni > 177 kPa oraz na sucho > 172 kPa, o odporności na penetrację płynów min. 200 cm H<sub>2</sub>O?

3. **Poz. 2** – Czy można zaoferować serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm, gdzie folia ma gramaturę min. 57 g/m<sup>2</sup> oraz włóknina PP min. 30 g/m<sup>2</sup> oraz o gramaturze całkowitej min. 90 g/m<sup>2</sup>, odporność na rozerwanie na sucho i mokro min. 170 cm, o odporności na penetrację płynów min. 150 cmH<sub>2</sub>O?
4. **Poz. 3** – Czy można zaoferować worek do zbiórki płynów w rozmiarze 50 x 70 cm wykonana z folii polietylenowej o grubości min. 40 mikronów?
5. **Poz. 4** – Czy można zaoferować osłonę na kończyny wykonaną z dwuwarstwowego materiału PP+ PE, o grubości folii min. 60 μm, o gramaturze całkowitej 55 g/m<sup>2</sup>, o odporności na przenikanie cieczy min. 200 g/m<sup>2</sup>, o odporności na rozerwanie na sucho i mokro min. 168 kPa?

### ***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 26.04.2016 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 21.04.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

1) Zamawiający w Pakiecie IV nie dopuszcza zestawu do operacji urologicznych wykonanego z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, o odporności na przenikanie cieczy min. 200 g/m<sup>2</sup> oraz na rozciąganie na sucho [N/50 mm] w kierunku poprzecznym: > 46,5 (w kierunku podłużnym: > 106) oraz na mokro w kierunku poprzecznym: > 51,5 (w kierunku podłużnym: > 113), o absorbcyjności ok 450 %, w składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190cm,
- 1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185x200cm, okno suprapubic (7x10cm) i na krocze (7cm). Wbudowana osłona na palec bezłatek-sowy do badania per rectum,
- 1 taśma samoprzylepna 10x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x33cm,

2) Zamawiający w Pakiecie XVI w poz. 1 nie dopuszcza serwety samoprzylepnej 75x90cm z otworem o średnicy 7cm, wykonanej z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>, grubości folii 60 μm, odporności na rozerwanie na mokro na całej powierzchni > 177 kPa oraz na sucho > 172 kPa, o odporności na penetrację płynów min. 200 cm H<sub>2</sub>O,

3) Zamawiający w Pakiecie XVI w poz. 2 nie dopuszcza serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm, gdzie folia ma gramaturę min. 57 g/m<sup>2</sup> oraz włóknina PP min. 30 g/m<sup>2</sup> oraz o gramaturze całkowitej min. 90

g/m<sup>2</sup>, o odporności na rozerwanie na sucho i mokro min. 170 cm, o odporności na penetrację płynów min. 150 cmH<sub>2</sub>O,

4) Zamawiający w Pakiecie XVI w poz. 3 dopuszcza również worek do zbiórki płynów w rozmiarze 50 x 70 cm wykonany z folii polietylenowej o grubości min. 40 mikronów,

5) Zamawiający w Pakiecie XVI w poz. 4 dopuszcza również osłonę na kończyny wykonaną z dwuwarstwowego materiału PP+ PE, o grubości folii min. 60 μm, o gramaturze całkowitej 55 g/m<sup>2</sup>, o odporności na przenikanie cieczy min. 200 g/m<sup>2</sup>, o odporności na rozerwanie na sucho i mokro min. 168 kPa.