

Sandomierz 20.05.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Do Zamawiającego w dniu 13.05.2016 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Pakiet XXXIII Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr XXXIII taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, przeznaczoną do obu metod – TVT, TOT, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, całkowicie niewchłaniającą, o grubości przędzy 0,15 mm, dł. 45 cm, szer. 1,1 cm ($\pm 0,1$ cm), gramaturze 45 g/m² ($\pm 5\%$), grubości 0,34 mm ($\pm 0,05$ mm), zagęszczeniu oczek 55% ($\pm 5\%$), porowatości 1500-1950 μ m, atraumatyczne brzegi, taśma w plastikowej osłonce, mocowania taśmy do narzędzi w postaci długich pętli.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.05.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 13.05.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że Zamawiający w Pakiecie XXXIII dopuszcza również taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, przeznaczoną do obu metod – TVT, TOT, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, całkowicie niewchłaniającą, o grubości przędzy 0,15 mm, dł. 45 cm, szer. 1,1 cm ($\pm 0,1$ cm), gramaturze 45 g/m² ($\pm 5\%$), grubości 0,34 mm ($\pm 0,05$ mm), zagęszczeniu oczek 55% ($\pm 5\%$), porowatości 1500-1950 μ m, atraumatyczne brzegi, taśma w plastikowej osłonce, mocowania taśmy do narzędzi w postaci długich pętli.