

Sandomierz 28.07.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę rękawic medycznych, włókniny i zamkniętego
systemu do odsysania, znak PN/23/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych, włókniny i zamkniętego systemu do odsysania, znak PN/23/2016

Do Zamawiającego w dniu 25.07.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Pakiet 5

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 200 szt. w rozmiarze XS, S, M, L oraz 180 szt. w rozmiarze XL?
2. Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na palcach, chlorowane od wewnątrz o grubości na palcu 0,10mm, dłoni 0,07mm oraz mankiecie 0,05mm z poziomem AQL 1,5?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rękawice były przebadane na 12 cytostatyków a ich odporność była zgodna i potwierdzona badaniem wg EN 374-3?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 28.07.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 25.07.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

1) Zamawiający w Pakiecie V dopuszcza również rękawice pakowane po 200 szt. w rozmiarze XS, S, M, L oraz 180szt. w rozmiarze XL, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości,

- 2) Zamawiający w Pakiecie V nie dopuszcza rękawic teksturowanych na palcach, chlorowanych od wewnątrz o grubości na palcu 0,10mm, dłoni 0,07mm oraz mankiecie 0,05mm z poziomem AQL 1,5,
- 3) Zamawiający nie wyraża zgody, aby zaoferowane w Pakiecie V rękawice były przebadane na 12 cytostatyków a ich odporność była zgodna i potwierdzona badaniem wg EN 374-3.