

Sandomierz dnia 19.01.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „Dzierżawę sprzętu medycznego” znak PN/3/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę sprzętu medycznego”, znak PN/3/2016

Do Zamawiającego w dniu 15.01.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Dot. Pakiet II – Analizator Hemoglobiny Glikowanej (HbA1C)

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych ?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora używanego po gruntownym przeglądzie technicznym?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 19.01.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 15.01.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy w § 5 ust. 4, dotyczącego terminu dostawy.
2. Zamawiający w Pakiecie II dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora używanego po gruntownym przeglądzie technicznym z zapewnieniem pełnej gwarancji na okres trwania umowy, pod warunkiem że oferowany aparat będzie sprawny, po przeglądzie technicznym potwierdzonym dokumentem inżyniera serwisowego i po wymianie wszystkich części zużywalnych, eksploatacyjnych aparatu po jego wcześniejszej eksploatacji.