

Sandomierz 26.01.2017 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,
znak PN/3/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/3/2017

Do Zamawiającego w dniu 20.01.2017 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Pakiet XXXIX: Czy Zamawiający dopuści dwukanałowe poliuretanowe cewniki dializacyjne o średnicy 11,5/13,5Fr (do wyboru) w zestawach, z końcówkami silikonowymi nie załamującymi się pod wpływem użytkownika o długościach 16cm, 19,5cm, 24cm, w zestawach do implantacji?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 26.01.2017 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 20.01.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

1) Zamawiający nie dopuszcza.