

Sandomierz 26.01.2017 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,
znak PN/3/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/3/2017

Do Zamawiającego w dniu 25.01.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

1. Dotyczy Pakiet XXXVI:

Czy Zamawiający zgodzi się na zwiększenie tolerancji rozmiaru cewnika do zakresu 14,5-15,5Fr ?

2. Dotyczy Pakiet XXXVI:

Wnosimy o wskazanie powodów odstąpienia od oceny na podstawie kryterium jak. Dlatego prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewnik ma być wyposażony w:

- obrotowe skrzydełka mocujące,
- osobny kanał dla przewodnicy (nie traumatyzuje cewnika),
- przekrój cewnika sprzyjający dużemu natężeniu przepływu na poziomie 450-500cc przy umiarkowanych ciśnieniach tętniczych,
- odgiętą końcówkę zmniejszającą ryzyko wystąpienia zakrzepicy, związanej z przylepianiem końca cewnika do ściany naczynia i ryzyko zatkania kanału tętniczego?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 26.01.2017 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 25.01.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający wyraża zgodę,
- 2) Zamawiający informuje, że nie zastosował kryterium jakości, ponieważ w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. Nr 1 do

SIWZ, w Pakiecie XXXVI określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech cewnika. Natomiast odnośnie doprecyzowania Zamawiający informuje, że nie wymaga ale dopuszcza również w/w wyposażenie.