

Sandomierz 26.01.2017 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,
znak PN/3/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/3/2017

Do Zamawiającego w dniu 25.01.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

1. Dot. Pakietu XXXVI:

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny o następujących parametrach: cewnik do długotrwałego dostępu do hemodializy w zestawie do implantacji metodą Selinger'a o rozmiarze 15Fr, światła wewnętrzne 10, 10Ga, nie załamujące się światło cewnika, cewnik składający się z trzonu cewnika zakończonego końcówką w kształcie V wraz z oddzielnym zespołem rozgałęziacza dokręcanym do końca trzonu cewnika, wykonany z Carbothanu TM, długość cewnika od końca do mankietu 19cm, 23, 27, 31 lub 50cm, zestaw wyposażony w mankiety uszczelniające. W skład zestawu dodatkowo wchodzi: przewodnica drutowa z końcówką J, igła punkcyjna, tunelizator metalowy, rozrywalna osłonka z zastawką, łącznik z zaciskiem w postaci nożyczek, rozszerzadła, opatrunek, skalpel, cewnik bez mandrynu, niesymetryczna końcówka cewnika typu „V” jeśli jest prawidłowo położona w prawym przedsionku minimalizuje ryzyko recyrkulacji?

2. Dot. projektu umowy par. 3 ust. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisaną następująco: „W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez zamawiającego, wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową, chyba, że opóźnienie w zapłacie przekroczy 30 dni.”?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 26.01.2017 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 25.01.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie wyraża zgody.