

Sandomierz 20.05.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Do Zamawiającego w dniu 18.05.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Pakiet XXX

1. Dot. poz. 1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodziło o szkiełka mikroskopowe podstawowe z krawędziami fasetowanymi i ściętymi rogami?
2. Dot. poz. 2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodziło o szkiełka nakrywkowe bez matowego pola do opisu i bez okrągłych krawędzi, które to cechy charakterystyczne są dla szkiełek mikroskopowych podstawowych?
3. Dot. poz. 3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodziło o szkiełka mikroskopowe podstawowe z matowym polem do opisu i krawędziami szlifowanymi?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.05.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 18.05.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający w Pakiecie XXX w poz. 1 dopuszcza również szkiełka mikroskopowe podstawowe z krawędziami fasetowanymi i ściętymi rogami,
- 2) Zamawiający informuje, że dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w Pakiecie XXX w poz. 2 i tak otrzymuje ona brzmienie: „Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24x50mm, grubość 0,13mm-0,17mm, optycznie czyste, op. a' 100szt.”

3) Zamawiający w Pakiecie XXX w poz. 3 dopuszcza również szkiełka mikroskopowe podstawowe z matowym polem do opisu i krawędziami szlifowanymi.