

Sandomierz 26.01.2017 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,  
znak PN/3/2017

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/3/2017**

Do Zamawiającego w dniu 25.01.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

## **Pytania**

### **1. dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

### **2. dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

### **3. dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

### **4. dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta?

### **5. Projekt umowy**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy i wprowadzenie zapisu o możliwości zmiany cen brutto zaoferowanych wyrobów i wartości brutto Pakietów przy jednoczesnej niezmienności cen netto zaoferowanych wyrobów i wartości netto Pakietów.

## **6. Projekt umowy**

Czy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wyroby medyczne Zamawiający zgodzi się na zastosowanie zasady, że zmianie ulegnie jedynie cena brutto i wartość brutto odpowiednio wyrobu i pakietu natomiast cena netto i wartość netto wyrobu i pakietu pozostanie niezmienna?

### **7. Dot. Pakietu I**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy w pakiecie nr 1, w opisie wymogów dotyczących poz. 1-7, nie doszło do omyłki pisarskiej w zakresie punktu nr 5, i w opisie ostrza krótko ściętego powinno być oznaczenie (SB/BS)?

### **8. Dot. Pakietu VI**

Czy w Pakiecie nr 6, Zamawiający oczekuje zestawu do lewatywy z fabrycznie nawilżoną końcówką, co ułatwia procedurę zakładania cewnika?

### **9. Dot. Pakietu IX**

Czy w Pakiecie nr 9, Zamawiający dopuści do zaoferowania żel do EEG w opakowaniu 250ml produkowany przez firmę Centrum Medicum Poland (CMP)?

### **10. Dot. Pakietu XIII**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie pakietu nr 13, dotyczącą zapisu „...wielkość 1 mm...”. Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli pojemność 1 ml?

### **11. Dot. Pakietu XVII**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17, oczekuje aby zgłębniki posiadały powierzchnię satynową tzw. zmrożoną co ułatwia poślizg zakładanego cewnika?

### **12. Dot. Pakietu XVII**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17, dopuści do zaoferowania cewniki o czterech otworach bocznych, o długości 80 cm lub 125 cm?

### **13. Dot. Pakietu XVIII**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 18, dopuści do zaoferowania spike do pobierania płynów z butelki z filtrem cząsteczkowym na poziomie 0,45 mikrometrów?

### **14. Dot. Pakietu XVIII**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 18, oczekuje kaniuli do pobierania płynów z wbudowaną zastawką uniemożliwiającą wyciek płynu po odłączeniu strzykawki i dodatkowo samodomykającego koreczka?

### **15. Dot. Pakietu XXX poz. 1**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 30, w pozycji nr 1, oczekuje strzykawek do pomp infuzyjnych posiadających obustronną skalę pomiarową, ułatwiającą

manewrowanie i wizualizację skali nie zależnie od położenia, jak obecnie stosowane?

**16. Dot. Pakietu XXXI**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 31, oczekuje asortymentu nie zawierającego szkodliwych ftalanów, z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym?

**17. Dot. Pakietu XXXI poz. 2**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 31, w pozycji nr 2, po przez opis kolca komory kroplowej jako ostry oczekuje kolca jako igły biorczej ściętej dwupłaszczyznowo zapewniającej odpowiednią ostrość przy wkłuciu do pojemnika?

**18. Dot. Pakietu XXXI poz. 2**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 31, w pozycji nr 2, po przez opis komory kroplowej jako wydłużonej części dolnej, oczekuje przyrządu z komorą kroplową o długości co najmniej 60 mm, w części przezroczystej?

**19. Dot. Pakietu XXXXII**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 42, oczekuje strzykawek posiadających obustronną skalę pomiarową, ułatwiającą manewrowanie i wizualizację skali nie zależnie od położenia, jak obecnie stosowane?

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 26.01.2017 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 25.01.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią par. 4 ust. 3 projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wystawionej faktury dołączać informację o dacie ważności i numerze serii produktów ujętych na fakturze.
- 2) Zamawiający nie wymaga.
- 3) Zamawiający dopuszcza.
- 4) Zamawiający informuje, że wszelkie dopuszczalne zmiany umowy zostały określone w § 9 projektu umowy.
- 5) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią § 3 ust. 5 projektu umowy zmiana stawki podatku VAT nie spowoduje zmiany wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy. Dodatkowo w § 9 projektu umowy Zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
- 6) Zamawiający na to samo pytanie udzielił odpowiedzi powyżej.
- 7) Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej i tak zamiast „krótko ścięte (LB/BL)” powinno być „krótko ścięte (SB/BS)”.
- 8) Zamawiający dopuszcza.

- 9) Zamawiający dopuszcza.
- 10) Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej i tak zamiast „wielkość 1mm” powinno być „pojemność 1ml”.
- 11) Zamawiający dopuszcza.
- 12) Zamawiający dopuszcza.
- 13) Zamawiający dopuszcza.
- 14) Zamawiający dopuszcza.
- 15) Zamawiający dopuszcza.
- 16) Zamawiający dopuszcza.
- 17) Zamawiający dopuszcza.
- 18) Zamawiający dopuszcza.
- 19) Zamawiający dopuszcza.