

Sandomierz 26.01.2017 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,  
znak PN/3/2017

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/3/2017**

Do Zamawiającego w dniu 25.01.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

#### **Pytania**

##### **Pytanie 1 dot. Pakietu XXXVII**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr XXXVII barierowe fartuchy operacyjne wykonane w strefie mniej krytycznej z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej o gramaturze 125 g/m<sup>2</sup>, skład: 60% bawełna, 40% poliester?

##### **Pytanie 2 dot. Pakietu XXXVII**

Czy Zamawiający, mając na uwadze komfort użytkownika, wymaga aby fartuchy operacyjne z Pakietu nr XXXVII wykonane były z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 60%?

##### **Pytanie 3 dot. Pakietu XXXVII**

Czy Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską i skoryguje jednostkę parametru „gramatura” na g/m<sup>2</sup>?

##### **Pytanie 4 dot. Pakietu XXXVII i XXXVIII**

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia wymaganych parametrów dla asortymentu z Pakietów XXXVII i XXXVIII w postaci kart technicznych tkanin oraz wyników badań tkanin na zgodność z normą PN-EN 13795?

#### ***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 26.01.2017 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 25.01.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający dopuszcza.

- 3) Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej i tak zamiast „ gramatura” powinno być „ g/m<sup>2</sup>”.
- 4) Zamawiający nie wymaga.