

Sandomierz 26.01.2017 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,
znak PN/3/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/3/2017

Do Zamawiającego w dniu 20.01.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w **Pakiecie XX** systemów do pomiaru diurezy godzinowej z drenem łączącym pojemnik z cewnikiem o długości 150cm.
2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w **Pakiecie XXXVI** cewników permanentnych w zestawie z pamięcią odkształceniową i nie załamywaniem się światła cewnika. Dobre pobory krwi w czasie zabiegu hemodializy przy niskich ciśnieniach obwodowych. Zestaw zawiera cewnik o średnicy 15,5 FR, długość od 24 do 32 cm (19 do 27 cm do mufki), z podwójnym światłem o recyrkulacji poniżej 5% (także po odwróceniu linii), igła prowadząca, mandryn, przewodnik z zaworem ograniczającym utratę krwi i zagrożenie zatorem powietrznym, poszerzacz, ostrze, opatrunki i gaziki, zatyczki.
3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w **Pakiecie XXXIX** zestawów cewników dwukanałowych do ostrych hemodializ o parametrach 12Fr dł. 15cm, 20cm lub 24cm - cewniki wykonane z biokompatybilnego, termo wrażliwego poliuretanu widocznego w RTG w zestawie do implantacji z: strzykawką 5 ml, igłą do wkłuwania rozm. 18G,/7 cm przewodnicą znaczoną o elastycznym końcu typu J-flexi Tip grubość 0,038 , rozszerzacz naczyniowy 12Fr/15cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr/10 cm, koreczki heparynizowane.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 26.01.2017 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 20.01.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza.