

Sandomierz dnia 15.03.2016 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na „Dzierżawę sprzętu laboratoryjnego” znak PN/9/2016

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę sprzętu laboratoryjnego”, znak PN/9/2016**

Do Zamawiającego w dniu 14.03.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Dotyczy SIWZ:**

**dot. pakiet 1:**

1. W związku z powszechnym stosowaniem testów do oznaczania HIV 4 generacji (wykrywających jednocześnie przeciwciała anti-HIV-1, anti-HIV-2, anti-HIV g.O i antygen HIV p24) prosimy o zgodę na zaoferowanie dla oznaczenia przeciwciał anti-HIV1/HIV2 testu HIV 4 gen., co pozwoli na znaczące skrócenie tzw. okienka serologicznego i bardziej wiarygodną i szybszą diagnostykę zakażenia wirusem HIV. Test HIV 4 gen. zawiera w sobie już możliwość oznaczania przeciwciał anti-HIV1/HIV2.
2. Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym, zgodnym z zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC i umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego? Pozwoli to Zamawiającemu na prowadzenie wiarygodnej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej zgodnie z najnowszymi rekomendacjami.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?"
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostaw częściowych wynosił 5 dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia ?
5. Prosimy o przedstawienie wzoru formularza cenowego
6. Dot. rozdz III pkt 11 i 12. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek aby na etapie oferty złożyć oświadczenie o posiadaniu w/w dokumentów oraz oświadczenie o zobowiązaniu się o przedłożeniu ich na każde żądanie Zamawiającego
7. Prosimy o przesłanie drogą elektroniczną załączników do w.w postępowania w wersji edytowanej w formie plików word lub excel.
8. Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 21.03.2016r.

**Dotyczy wzoru umowy**

1. Dot. par.2 pkt 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

2. Dot. par 5 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?
3. Dot. par 6 pkt 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?  
Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.
4. Dot. par 6 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę niniejszego postanowienia umowy na:  
„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?  
Uzasadnienie:  
Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaoferuje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.
5. Dot par 7 pkt 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „na własny koszt” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?
6. Dot par 7 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie brzmienia: „albo dostarczy urządzenie zastępcze”?  
Uzasadnienie:  
Dostawa analizatora zastępczego umożliwi zachowanie ciągłości badań, w razie przedłużającej się awarii.
7. Dot par 8 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?  
Uzasadnienie:  
Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.
8. Dot par 12 pkt 1a Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?
9. Dot par 12 pkt 1a, b oraz par 13 pkt 2d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
10. Dot par 12 pkt 1a, d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy, tak aby wysokość kary umownej była liczona od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy, a nie od wartości całej umowy?

11. Dot par 12 pkt 1 c. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umowny na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

12. Dot Par 12 pkt 1d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

13. Dot par 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

14. Dot. par 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

15. Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

16. Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

1.1. zmianę ilości przedmiotu zamówienia;

1.2. zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;

1.3. zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany;

1.4. zmianę sposobu konfekcjonowania;

1.5. zmianę terminu realizacji dostaw;

1.6. zmianę terminu realizacji Umowy;

1.7. zmianę okresu obowiązywania umowy, w tym w szczególności o czas konieczny dla przeprowadzenia kolejnego przetargu na analogiczny przedmiot zamówienia.

2. Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1 powyżej mogą być:

2.1. wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony, bądź

2.2. wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego Umową, bądź

2.3. nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy laboratorium, bądź

2.4. nastąpi zmiana w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, bądź

- 2.5. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń diagnostycznych, bądź
  - 2.6. w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego, bądź
  - 2.7. będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, bądź
  - 2.8. będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź
  - 2.9. zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu
17. Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta została by z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru
18. Czy Zamawiający dopuści w przypadku awarii aparatu w czasie świąt trwających dłużej niż 2 dni naprawę przez autoryzowany serwis w terminie : pierwszy dzień roboczy po świątach ?

### ***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 15.03.2016 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 14.03.2016 r. Szpital Specjalistyczny Du-cha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

#### **Pakiet I**

1. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dla oznaczenia przeciwciał anty-HIV1/HIV2 testu HIV 4 gen.
2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu wysokoczułego do oznaczania troponiny.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy analizatora.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostaw na 5 dni roboczych.
5. Wykonawcy sporządzają formularz cenowy w formie tabeli odrębnie dla każdego pakietu, uwzględniając czynsz dzierżawny, nazwę oferowanego asortymentu, ilość, cenę jednostkową netto, podatek VAT, wartość netto, brutto i wartość podatku VAT, jak również wytwórcę oferowanego asortymentu i numer katalogowy, zgodnie z opisem zawartym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
6. Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ wymaga złożenia dokumentów w takiej formie jaka została określona w rozdz. III pkt. 11 i 12.
7. Zamawiający prześle drogą elektroniczną załączniki do w/w postępowania.
8. Zamawiający nie dokonuje przesunięcia terminu otwarcia ofert.

#### **Dotyczy wzoru umowy.**

1. Zamawiający nie dokonuje zmian zapisu w § 2 pkt. 6 projektu umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 5 pkt. 3 projektu umowy.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu liczenia terminu płatności faktury.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 6 pkt.3 projektu umowy.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 7 pkt. 1 i 2 projektu umowy.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 7 pkt. 2 projektu umowy.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu ubezpieczenia aparatury.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 12 pkt.1lit. a)
9. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 12 pkt. 1 lit. a b.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 12 pkt.1 lit. a i d.
11. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 12 pkt. 1 lit.c
12. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 12 pkt.1 lit.d
13. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w § 12 postanowienia o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej”.
14. Zamawiający nie dokonuje zmian w § 13 projektu umowy.
15. Zamawiający nie dokonuje zmian w § 5 ust. 4 dotyczącym sposobu składania zamówień.
16. Zamawiający w SIWZ przewiduje możliwość aneksowania umowy zawartej w ramach zamówienia publicznego w następujących przypadkach:
  1. *Zmiany ceny urzędowej.*
  2. *Następstwa prawnego podmiotu wstępującego w miejsce wybranego Wykonawcy.*
  3. *Zmiany oferty z korzyścią dla Zamawiającego z zachowaniem ceny określonej w złożonej ofercie.*
  4. *W przypadku:*
    - a) *zaprzestania produkcji,*
    - b) *wygaśnięcia świadectwa rejestracji,*
    - c) *decyzji właściwego organu o czasowym wstrzymaniu w obrocie lub wycofaniu danego produktu - Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć produkt o takich samych składzie chemicznym i takim samym zastosowaniu przy założeniu, iż cena jednostkowa produktu nie może być wyższa od ceny przetargowej, a w przypadku gdy dany produkt będzie tańszy Wykonawca obniży cenę przetargową.*
  5. *W przypadku obniżenia przez producenta ceny produktu, Wykonawca ma obowiązek wprowadzić taką zmianę do oferty przetargowej i umowy.*
  6. *Zmiany przez producenta danego produktu nazwy handlowej, numeru katalogowego lub sposobu konfekcjonowania przy zachowaniu jego parametrów technicznych – w takim przypadku cena jednostkowa produktu nie może ulec podwyższeniu.*
  7. *W przypadku nie zrealizowania całości umowy na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilości i wartości brutto przedmiotu umowy.*
  8. *Zmiany stawki podatku VAT.*
17. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia do umowy zapisów regulujących kwestię powierzenia przetwarzania danych osobowych, ponieważ zastosowanie mają tu przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. „ O ochronie danych osobowych”.
18. Zamawiający nie dopuszcza w przypadku awarii aparatu w czasie świąt trwających dłużej niż 2 dni naprawę przez autoryzowany serwis w terminie: pierwszy dzień roboczy po świątach.

