

Sandomierz 28.07.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę rękawic medycznych, włókniny i zamkniętego
systemu do odsysania, znak PN/23/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych, włókniny i zamkniętego systemu do odsysania, znak PN/23/2016

Do Zamawiającego w dniu 27.07.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Pakiet I

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein lateksowych < 50 ug/g?

Pakiet I

Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarze 6 o długości 28 cm?

Pakiet I

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości w obszarze palców: 0,23 mm?

Pakiet II

Czy Zamawiający dopuści rękawice z warstwą antypoślizgową na całej długości rękawicy?

Pakiet II

Czy Zamawiający dopuście rękawice z poziomem protein lateksu 30ug/dm²?

Pakiet III

Czy Zamawiający dopuści rękawice z warstwą antypoślizgową na całej długości rękawicy?

Pakiet III

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowe obustronnie?

Pakiet III

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długościach:

Rozm.6 -6,5 - 285 mm

Rozm.7 - 7,5 - 290 mm

Rozm.8 – 297 mm

Rozm.8,5 – 300 mm?

Pakiet III

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach:

- palce – 0,23 mm

- dłoń - 0,20 mm

- mankiet – 0,18 mm?

Pakiet IV

Czy Zamawiający oczekuje rękawiczek poliizoprenowych?

Pakiet IV

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długościach:

Rozm.6 – 6,5 – 280 mm

Rozm.7 – 283 mm

Rozm.7,5 – 287 mm

Rozm.8 – 288 mm

Rozm.8,5 – 290 mm?

Pakiet IV

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach:

- palce – 0,21 mm +/- 0,02 mm

- dłoń – 0,20 mm +/- 0,02 mm

- mankiet – 0,14 mm +/- 0,02 mm?

Pakiet IV

Czy Zamawiający dopuści rękawice z warstwą antypoślizgową na całej długości rękawicy?

Pakiet IV

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie?

Pakiet V

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim?

Pakiet V

Czy Zamawiający dopuści rękawice z teksturowaną powierzchnią na palcach?

Pakiet V

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach:

- palce - 0,08 mm +/- 0,02 mm

- dłoń – 0,07 mm +/- 0,02 mm

- mankiet – 0,06 mm +/- 0,02 mm?

Pakiet V

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu jednostkowym dla rozmiarów XS-L a'200 sztuk,

dla rozmiaru XL a'180 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Pakiet V

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane co najmniej na 15 cytostatyków zgodne z normą EN 374?

Pakiet V

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na przenikanie różnych substancji chemicznych w tym aldehydów, alkoholi, kwasów, zasad nieograniczonych, kwasów ograniczonych, aminę trzeciorzędową?

Pakiet V

Czy Zamawiający oczekują przedstawienia badań od jednostki niezależnej potwierdzające spełnienie zapisów SIWZ zgodnie z normą 374 na przenikanie substancji chemicznych oraz wymagania aby rękawice były wolne od akceleratorów chemicznych?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 28.07.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 27.07.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający w Pakiecie I nie dopuszcza rękawic z poziomem protein lateksowych <50ug/g,
- 2) Zamawiający w Pakiecie I dopuszcza również rękawice w rozmiarze 6 o długości 28cm,
- 3) Zamawiający w Pakiecie I nie dopuszcza rękawic o grubości w obszarze palców 0,23mm,
- 4) Zamawiający w Pakiecie II dopuszcza również rękawice z warstwą antypoślizgową na całej długości rękawicy,
- 5) Zamawiający w Pakiecie II nie dopuszcza rękawic z poziomem protein lateksu 30ug/dm²,
- 6) Zamawiający w Pakiecie III dopuszcza również rękawice z warstwą antypoślizgową na całej długości rękawicy,
- 7) Zamawiający w Pakiecie III nie dopuszcza rękawic polimerowych obustronnie,
- 8) Zamawiający w Pakiecie III nie dopuszcza rękawic o długościach: rozm. 6 - 6,5 - 285mm, rozm. 7 - 7,5 - 290mm, rozm. 8 - 297mm, rozm. 8,5 - 300mm,
- 9) Zamawiający w Pakiecie III nie dopuszcza rękawic o grubościach: palce - 0,23mm, dłoń - 02,0mm, mankiet - 0,18mm,
- 10) Zamawiający w Pakiecie IV oczekuje rękawic poliizoprenowych,
- 11) Zamawiający w Pakiecie IV nie dopuszcza rękawic o długościach: rozm. 6 - 6,5 - 280mm, rozm. 7 - 283mm, rozm. 7,5 - 287mm, rozm. 8 - 288mm, rozm. 8,5 - 290mm,

- 12) Zamawiający w Pakiecie IV nie dopuszcza rękawic o grubościach: palce - 0,21mm +/- 0,02mm, dłonie - 0,20mm +/- 0,02mm, mankiet - 0,14mm +/- 0,02mm,
- 13) Zamawiający w Pakiecie IV dopuszcza również rękawice z warstwą antypoślizgową na całej długości rękawicy,
- 14) Zamawiający w Pakiecie IV nie dopuszcza rękawic polimerowych obustronnie,
- 15) Zamawiający w Pakiecie V dopuszcza również rękawice w kolorze niebieskim,
- 16) Zamawiający w Pakiecie V dopuszcza również rękawice z teksturowaną powierzchnią na palcach,
- 17) Zamawiający w Pakiecie V nie dopuszcza rękawic o grubościach: palce - 0,08mm +/- 0,02mm, dłonie - 0,07mm +/- 0,02mm, mankiet - 0,06mm +/- 0,02mm,
- 18) Zamawiający w Pakiecie V dopuszcza również rękawice w opakowaniu jednostkowym dla rozmiarów XS-L a' 200szt., dla rozmiaru XL a' 180szt., z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości,
- 19) Zamawiający w Pakiecie V dopuszcza również rękawice przebadane co najmniej na 15 cytostatyków zgodnie z normą ASTM F1671 D6978,
- 20) Zamawiający w Pakiecie V dopuszcza również rękawice przebadane na przenikanie różnych substancji chemicznych w tym aldehydów, alkoholi, kwasów, zasad nieograniczonych, kwasów ograniczonych, aminę trzeciorzędową, pod warunkiem przebadania rękawic na przenikanie amin czwartorzędowych,
- 21) Zamawiający wymaga, aby rękawice opisane w Pakiecie V posiadały wszystkie dokumenty, o których mowa w opisie, natomiast nie wymaga ich załączenia do oferty, z zastrzeżeniem że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zaoferowanego asortymentu Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu te dokumenty.