

Sandomierz 26.01.2017 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,  
znak PN/3/2017

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/3/2017**

Do Zamawiającego w dniu 20.01.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

***Pytania***

- 1. Dot. Pakietu I:** Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane igły posiadały na opakowaniu jednostkowym informację czy ostrze jest krótko czy długo ścięte?
- 2. Dot. Pakietu I:** Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania igieł 1,1 i 1,2 krótko oraz długo ściętych, zamawianych w zależności od potrzeb szpitala?

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 26.01.2017 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 20.01.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający dopuszcza.