

Sandomierz dnia 15.03.2016 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na „Dzierżawę sprzętu laboratoryjnego” znak PN/9/2016

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę sprzętu laboratoryjnego”, znak PN/9/2016**

Do Zamawiającego w dniu 14.03.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

1. Pakiet nr III:
  - a) Czy Zamawiający dopuści czytnik z 2011r., obecnie używany przez Zamawiającego?
2. Wzór umowy załącznik nr 10:
  - a) Czy w §5 ust 4 zamawiający określi termin dostawy na 3 dni robocze?
  - b) Czy w §7 ust 2 zamawiający wydłuży termin do 48 godz w dni robocze i 72 godz. w dni świąteczne?
  - c) Czy w §8 Zamawiający zastąpi słowo „Wydzierżawiający” słowem „Dzierżawca”?
  - d) Czy w §12 ust 1 d) Zamawiający zmniejszy karę do 0,1% wartości brutto umowy?

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 15.03.2016 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 14.03.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

1. Zamawiający w Pakiecie III dopuszcza możliwość zaoferowania czytnika z 2011 r. po gruntownym przeglądzie technicznym z zapewnieniem pełnej gwarancji na okres trwania umowy, pod warunkiem że oferowany aparat będzie sprawny, po przeglądzie technicznym potwierdzonym dokumentem inżyniera serwisowego i po wymianie wszystkich części zużywalnych, eksploatacyjnych aparatu po jego wcześniejszej eksploatacji.
2. Zamawiający nie dokonuje zmian w § 5 ust. 4 projektu umowy.
3. Zamawiający nie dokonuje zmian w § 7 ust.2 projektu umowy.
4. Zamawiający nie dokonuje zmian w § 8 projektu umowy.
5. Zamawiający nie dokonuje zmian w § 12 ust.1 lit d).

