

Sandomierz 20.05.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Do Zamawiającego w dniu 15.05.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Pakiet XXV RURKI INTUBACYJNE ZBROJONE

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek intubacyjnych z mankietem, zbrojonych w komplecie z prowadnicą, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.
2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości próbek dla poszczególnych rozmiarów pozycji nr 1.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.05.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 15.05.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający w Pakiecie XXV dopuszcza również rurki intubacyjne z mankietem, zbrojone w komplecie z prowadnicą, spełniające pozostałe wymagania SIWZ,
- 2) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ w Pakiecie XXV wymaga załączenia do oferty 10 szt. próbek z wybranego rozmiaru, tj. np. 10 szt. z rozmiaru nr 8.