

Sandomierz 16.02.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,
znak PN/6/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/6/2016

Do Zamawiającego w dniu 11.02.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Dotyczy: Pakiet nr IX, poz. nr 1

1. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania jednorazowej torby na wymiociny z usztywnionym kołnierzem dopasowanym do kształtu twarzy, o pojemności 1500 ml, z proszkiem żelującym zamieniającym wymiociny w żel i redukującym nieprzyjemny zapach, ze specjalnym zaczepem do łatwego zamknięcia zapełnionego worka, ze skalą również do małych objętości.
2. Zwracam się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek z 5 do 2 sztuk.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 16.02.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 11.02.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający w Pakiecie IX dopuszcza również jednorazową torbę na wymiociny z usztywnionym kołnierzem dopasowanym do kształtu twarzy, o pojemności 1500ml, z proszkiem żelującym zamieniającym wymiociny w żel i redukującym nieprzyjemny zapach, ze specjalnym zaczepem do łatwego zamknięcia zapełnionego worka, ze skalą również do małych objętości,
- 2) Zamawiający w Pakiecie IX nie wyraża zgody na zmniejszenie ilości próbek do 2 sztuk.