

Sandomierz 20.05.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, znak PN/19/2016

Do Zamawiającego w dniu 16.05.2016 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Pytanie nr 1 do pakietu nr XXXIII

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach?

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczona do obu metod- TOT i TVT. Wykonana jest niewchłaniającego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,45 mm, gramatura: 65 g/m², wielkość porów: 0,90 mm.

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi zakończone pętelkami.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 20.05.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 16.05.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że Zamawiający w Pakiecie XXXIII dopuszcza również taśmę o następujących parametrach: taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczona do obu metod- TOT i TVT, wykonana jest z niewchłaniającego polipropylenu monofilamentowego, szerokość: 1,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,45 mm, gramatura: 65 g/m², wielkość porów: 0,90 mm, taśma w plastikowej osłonce, brzegi zakończone pętelkami.