

Sandomierz 28.07.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę rękawic medycznych, włókniny i zamkniętego
systemu do odsysania, znak PN/23/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych, włókniny i zamkniętego systemu do odsysania, znak PN/23/2016

Do Zamawiającego w dniu 27.07.2016 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Pakiet V , poz. 1

Prosimy o dopuszczenie:

- Rękawic diagnostycznych syntetycznych, nitrylowych, bezpyłowych,
- kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany,
- dostępne w rozmiarach S – XL,
- powierzchnia zewnętrzna gładka z dodatkową teksturą na końcach palców,
- powierzchnia wewnętrzna chlorowana,
- grubość min. na palcu 0.11-0,12 mm, na dłoni min. 0.07 mm oraz na mankiecie 0.06 mm,
- dł. rękawicy min. 240mm, • AQL ≤ 1.5 ,
- rękawice zarejestrowane jako rękawice medyczne oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420, EN 388,
- rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium),
- rękawice przebadane na przenikanie 12 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium),
- rękawice przebadane na: Formaldehyda 15%, gdzie osiąga 6 poziom ochrony; Sodium Hydroxide 40%, gdzie osiąga 6 poziom ochrony; n heptane, gdzie osiąga 0 poziom ochrony; Sulphuric Acid 47%, gdzie osiąga 6 poziom ochrony.

- rękawice wolne od akceleratorów chemicznych co najmniej tiuramów, MBT, tiomocznika oraz guanidyn, ftalanów,
- rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością,
- rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne,
- oznakowana fabrycznie zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 374,
- oznakowany fabrycznie poziom AQL,
- opakowanie papierowe a'100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 28.07.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 27.07.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że Zamawiający w Pakiecie V nie dopuszcza rękawicy o następujących parametrach: rękawica diagnostyczna syntetyczna, nitrylowa, bezpudrowa, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S – XL, powierzchnia zewnętrzna gładka z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, grubość min. na palcu 0.11-0,12 mm, na dłoni min. 0.07 mm oraz na mankiecie 0.06 mm, dł. rękawicy min. 240mm, AQL ≤ 1.5 , rękawice zarejestrowane jako rękawice medyczne oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374-1 , EN 374-2, EN 374-3, EN 420, EN 388, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium, rękawice przebadane na przenikanie 12 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium, rękawice przebadane na: Formaldehyda 15%, gdzie osiąga 6 poziom ochrony; Sodium Hydroxide 40%, gdzie osiąga 6 poziom ochrony; n heptane, gdzie osiąga 0 poziom ochrony; Sulphuric Acid 47%, gdzie osiąga 6 poziom ochrony, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych co najmniej tiuramów, MBT, tiomocznika oraz guanidyn, ftalanów, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością, rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowana fabrycznie zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 374, oznakowany fabrycznie poziom AQL, opakowanie papierowe a'100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary.