

Sandomierz 26.01.2017 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,
znak PN/3/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/3/2017

Do Zamawiającego w dniu 23.01.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dotyczy Pakietu nr XIV poz. 1:** prosimy o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowe o poj. 2 ml z rozszerzeniem do 2.5 ml.
- 2. Dotyczy Pakietu nr XIV poz. 1 – 5:** prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu kolorystycznego zróżnicowania opakowań w zależności od rozmiaru strzykawki.
- 3. Dotyczy Pakietu nr XXX poz. 1, 2:** czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp infuzyjnych o poj. 50 ml ze skalą przedłużoną do 60 ml?
- 4. Dotyczy Pakietu nr XXXI poz. 1:** czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacze do pomp infuzyjnych pozbawione były ftalanów?
- 5. Dotyczy Pakietu nr XXXI poz. 2 – 3:** czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji oraz transfuzji posiadały komorę wolną od PCV oraz pozbawione były ftalanów?
- 6. Dotyczy Pakietu nr XXXI poz. 2 – 3:** czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?
- 7. Dotyczy Pakietu nr XXXI poz. 1:** czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacze bursztynowe do pomp infuzyjnych pozbawione były ftalanów?
- 8. Dotyczy Pakietu nr XXXII poz. 1:** czy Zamawiający dopuści strzykawkę bursztynową do pomp infuzyjnych o poj. 50 ml ze skalą przedłużoną do 60 ml?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 26.01.2017 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 23.01.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie wyraża zgody na odstępnie od wymogu.
- 3) Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że w poz. 2 Wykonawca zaofertuje zgodnie z opisem strzykawkę z końcówką do cewników.
- 4) Zamawiający dopuszcza.
- 5) Zamawiający dopuszcza.
- 6) Zamawiający nie wymaga.
- 7) Zamawiający dopuszcza.
- 8) Zamawiający dopuszcza.