

Sandomierz 16.02.2016 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku,
znak PN/6/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak PN/6/2016

Do Zamawiającego w dniu 11.02.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z nakładaną igłą 0,5 x 16 mm, o poj. 1 ml ze skalą co 0,01 ml, cylinder wykonany z przezroczystego polipropylenu z naniesioną czarną skalą, tłok zakończony gumowym potrójnym uszczelnieniem nakładana igła wykonana jest ze stali nierdzewnej ścięta trójpłaszczyznowo, sterylizowana tlenkiem etylenu, indywidualnie pakowane w opakowania blister pack, w całości bezlaktosowe, bezftalanowe.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowe o poj. 2 ml z rozszerzeniem do 2.5 ml.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1 - 5

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu kolorystycznego różnicowania opakowań w zależności od rozmiaru strzykawki.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu przewodzącego do badań EEG „ŻELPOL” w opakowaniach 250 g.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 16.02.2016 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 11.02.2016 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający w Pakiecie I nie dopuszcza strzykawki do tuberkuliny z nakładaną igłą 0,5x16mm, o poj. 1 ml ze skalą co 0,01 ml, cylinder wykonany z przezroczystego polipropylenu z naniesioną czarną skalą, tłok zakończony gumowym potrójnym uszczelnieniem, nakładana igła wykonana ze stali nierdzewnej ścięta trójpłaszczyznowo, sterylizowana tlenkiem etylenu, indywidualnie pakowane w opakowania blister pack, w całości bezlateksowe, bezftalanowe,
- 2) Zamawiający w Pakiecie II w poz. 1 dopuszcza również strzykawkę dwuczęściową o poj. 2ml z rozszerzeniem do 2,5ml, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ,
- 3) Zamawiający w Pakiecie II w poz. 1-5 nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu kolorystycznego zróżnicowania opakowań w zależności od rozmiaru strzykawki,
- 4) Zamawiający w Pakiecie XV w poz. 3 dopuszcza również żel przewodzący do badań EEG „ŻELPOL” w opakowaniu 250g.